



СейсмоБезопасность

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

**Система добровольной сертификации
в области сейсмостойкости, виброустойчивости, вибропрочности,
стойкости к климатическим воздействующим факторам**

119119, г. Москва, Ленинский проспект, дом 42, корпус 1-2-3, комната 15-22

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Серия 001 № 1053

Выдан

Общество с ограниченной ответственностью «Приборостроительный концерн «Геликон».
Адрес: 188643, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, шоссе
Дорога Жизни, дом 4А, офис 2.
Фактический адрес: 188643, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск,
шоссе Дорога Жизни, дом 4А.
Телефон: +78129852285, e-mail: mail.@pk-helikon.ru.

(наименование организации, получившей сертификат)

Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция
Расходомеры-счетчики электромагнитные Геликон РЭЛ-100, выпускаемые по техническим условиям
РКЦП.407200.010ТУ
(наименование продукции)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ

(наименование нормативного документа)

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98
(исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64),
НП-031-01 (II категория сейсмостойкости), R01.KK34.0.0.AP.PZ.WD001, KUR-EEC0023,
AKU-EEC0023, PRP-EEC0023, NW2O.B.&.&&&&&. &&&&&.070.MD.0007

НА ОСНОВАНИИ

(наименование протокола испытаний, актов проверок)

Протокола испытаний № 10-23/02 от 14.02.2023 года, выданного Испытательным центром
электротехнических изделий «Строймонтаж», регистрационный № РОСС RU.31297.04ЖТУ0.004.

Орган по сертификации: **Общество с ограниченной ответственностью**
«Центр сертификации «ВЕЛЕС»

Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 12, корп.
2, лит. А, эт. 2, комн. 26

Регистрационный номер: СБ.ОС.011

Дата регистрации: 17.02.2023

Срок действия сертификата: 16.02.2026

Руководитель органа
по сертификации



Родзивон Г.А.

(ФИО)

(подпись)

Санкт-Петербург